

Scan for more information



Check out our learning platform Reliance U! www.RelianceU.tech

Reliance Orthodontic Products, Inc.

1540 W. Thorndale Avenue, Itasca, IL 60143 USA

1-800-323-4348 | Made in USA | Rx Only
RelianceOrthodontics.com

| | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | |
| | | |

EMERGO EUROPE

Prinsegracht 20, 2514 AP The Hague, The Netherlands

AUSTRALIAN SPONSOR EMERGO AUSTRALIA

Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex St, Sydney, NSW 2000, Australia



HILGERS BOND-A-BRAID® AND RETAINIUM®

INSTRUCTIONS FOR USE

CE 2797

V2 MAR.2022



RELIANCE®
ORTHODONTIC PRODUCTS



RelianceOrthodontics.com

EN - ENGLISH

INDICATIONS FOR USE: Bond-a-Braid® and Retainium® are intended for use as a lingual retainer wire for retaining tooth position after orthodontic treatment. Retainium can be used on patients with known nickel allergies.

Bond A Braid is not indicated for individuals with nickel allergies. Retainium is not indicated for individuals with known titanium allergies.

INSTRUCTIONS FOR USE:
ENAMEL PREPARATION Prophly the enamel surfaces with 1st & Final® pumice. Rinse and dry. Sandblast the lingual surfaces of the teeth. Etch the enamel surface for 30 seconds. Rinse and dry thoroughly.

APPLICATION OF BONDING RESIN: Apply one coat of Assure Plus® to each prepared tooth and stroke over to ensure penetration. Lightly air dry.

WIRE DELIVERY:

Step 1. Cut a piece of Retainium wire to the desired length.

Step 2. Make a 45° bend in a gingival direction at the end of the splint, approximately 2-3 mm. This bend helps contour the wire and locks it into the adhesive, preventing any potential sliding.

Step 3. Holding the Retainium splint on its inciso-gingival edge with a flat plier, gently sweep a curve gingivally to match that of the lingual surface.

Step 4. Holding the Retainium splint on its flat edge with same flat plier, gently sweep a curve bucco-lingually.

Step 5. Using floss interproximally, hold the Retainium splint against the lingual surface of the teeth (fig 5). Burnish the splint against the teeth to maximize contact and bond into place.

Note: If Bond A Braid or Retainium® is used on the upper 1-1 or 2-2, it is recommended that a clear thermoplastic retainer be incorporated with the Bond A Braid/Retainium® wire for best results. Bond the retainer wire first, take a snap impression and then construct the thermoplastic retainer.

Ⓣ Do not Re-Use. Single Use device

ⓉⓉ Fumes/dust generated from stainless steel micro abrasion may produce irritation of the eyes and respiratory system

Ⓣ Stainless steel dust is flammable.

WARRANTY: Reliance Orthodontic Products, Inc. recognizes its responsibility to replace products if proven to be defective. Reliance Orthodontic Products, Inc. does not accept liability for any damages or loss, direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the products as described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risk and liability in connection therewith.

RX ONLY: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dental professional.

NOTICE: Report any serious incident to Reliance and the competent authority of the state in which the user and/or patient is established.

TO REORDER: #BAB2, #RET, #XLR2T

BG - BULGARIAN

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА: Bond-a-Braid® и Retainium® са предназначени за употреба като дъга за лингвалнен ритейиър за ретенция на подреденото на зъбите след ортодонтоко лечение. Retainium може да се използва при пациенти с известни алергии към никел.

Bond A Braid не е показан за употреба при хора с алергии към никел. Retainium не е показан за употреба при хора с алергии към титан.

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:
ПОДГОТОВКА НА ЕМАИЛА Полирайте профилактично емайловете повърхности с пемза 1st & Final®. Промийте и подсушете. Обработете пясъчноструен лингвалните повърхности на зъбите. Подсушете емайловата повърхност за 30 секунди. Промийте и подсушете щателно.

НАНАСЯНЕ НА БОНДИНГ-АГЕНТА: Нанесете един слой Assure Plus® върху всеки подготвен зъб и втривайте, за да се осигури проникване. Леко подсушете с въздух.

ПОСТАВЯНЕ НА ДЪГАТА:

1. Отрежете парче от дъгата Retainium с желаната дължина.

2. Направете извивка 45° в гингивално направление в края на шината, приблизително 2 – 3 мм. Тази извивка помаа за контуриране на дъгата и я заключва в адхезива, като се предотвратява потенциално плъзгане.

3. Придържайки шината от Retainium към нейния инцизално-гингивален ръб с плоски пинсети, леко изтеглете извивка гингивално, за да съвпадне с тази на лингвалната повърхност.

4. Придържайки шината от Retainium към нейния плосък ръб със същите плоски пинсети, леко изтеглете извивка буко-лингвално.

5. Използвайки конец за зъби апроксимално, придържайте шината от Retainium към лингвалните

повърхности на зъбите (Фиг 5). Прилепете шината към зъбите, за да се създаде на място максимален контакт и връзка.

Забележка: Ако Bond A Braid или Retainium® се използват на горни 1-1 или 2-2, се препоръчва прозрачен термопластичен ритейиър да бъде армиран с дъга Bond A Braid/Retainium® за най-добър резултат. Първо фиксирайте адхезивно ретенцията дъга, снимете възр отпечатък и след това изработете термопластичния ритейиър.

Ⓣ Да не се използва повторно. Изделие за еднократна употреба

ⓉⓉ Изпарения/прах, генерирани от микроабразивното на стоманата, могат да предизвикат дразнене на очите и дихателната система

Ⓣ Прахът от неръждаема стомана е запалим.

ГАРАНЦИЯ: Reliance Orthodontic Products, Inc. признава своята отговорност да замени продуктите, ако се окаже, че са дефектни. Reliance Orthodontic Products, Inc. не поема отговорност за каквито и да е вреди или загуби, преки или последващи, проистигащи от употреба или невъзможността за употреба на продуктите така, както е описано.

Преди употреба потребителят трябва да определи пригодността на продукта за неговата предвидена употреба. Потребителят поема щепия риск и отговорност във връзка с горното.

САМО ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ:

Федералният закон на САЩ ограничава продажбата на това изделие само от или по поръчка на лекар-специалист по дентална медицина.

ЗАБЕЛЕЖКА: Докладвайте на Reliance всякакви сериозни инциденти, както и на компетентните институции в държавата, където потребителят и/или пациентът живеят.

CS - CZECH

INDIKACE K POUŽITÍ: Bond-a-Braid® a Retainium® jsou určeny pro použití jako lingvální retainerový drát pro zajištění pozice zubu po ortodontické léčbě. Retainium může být použito u pacientů se známou nesnášenlivostí niklu.

Bond A Braid nejsou určeny pro jedince s nesnášenlivostí niklu. Retainium není určeno pro jedince se známou nesnášenlivostí titanu.

NAVOD K POUŽITÍ:

PŘIPRAVA SMALTŮ Ošetřete smaltovány povrch profylakticky pomocí pemzy 1st & Final®. Opláchněte a osušte. Opískujte lingvální povrchy zubů. Leptejte smaltovány povrch po dobu 30 sekund. Opláchněte a důkladně osušte.

APLIKACE BONDVACÍ PRYSKYŘICE: Aplikujte jednu vrstvu Assure Plus® na každý připravený zub a uložzením zajistěte penetraci. Leche osušte vzduchem.

USAZENÍ DRÁTU:

Krok 1. Uřízněte kus drátu Retainium v požadované délce.

Krok 2. Na konci dlahy vytvořte ohyb v úhlu 45° v gingiválním směru, přibližně 2–3 mm. Tato dlaha pomáhá vytvořit drát a zamknout ho do adheziva, aby se zabránilo jeho jakémukoli potenciálnímu posunutí.

Krok 3. Přidržte dlahu Retainium na jejím inciso-gingivální okraji pomocí plochých kleští, jemně a plynné posuňte ohýb gingiválně odpovídajícím způsobem tak, aby odpovídala lingválnímu povrchu.

Krok 4. Přidržte dlahu Retainium na jejím plochém okraji pomocí stejných plochých kleští, jemně a plynné posuňte ohýb buko-lingválně.

Krok 5. Použijte interproximálně hedvábní, upevněte dlahu Retainium proti lingválnímu povrchu zubů (obr 5). Vyleštěte dlahu na straně proti zubům, aby se maximalizoval kontakt a dobře přilnula na místo.

Poznámka: Jestliže jsou Bond A Braid nebo Retainium® použity v maxile na centrální řezáky 1-1 nebo na laterální řezáky 2-2, doporučuje se, aby byl pro dosažení nejlepšího výsledku jednoduchý termoplastický retainer inkorporován s drátem Bond A Braid/ Retainium®. Nejprve proveďte bonding retainerového drátu, udělejte otisk, a pak vytvořte termoplastický retainer.

Ⓣ Nepoužívejte opakované Zařízení k jednorázovému použití

ⓉⓉ Výparů/prach vznikajících mikroabrazí nerezové oceli mohou dráždit oči a respirační systém.

Ⓣ Prach nerezové oceli je hořlavý.

ZÁRUKA: Společnost Reliance Orthodontic Products, Inc. uznává svou odpovědnost za výměnu produktu, pokud se ukáže, že jsou vadné. Společnost Reliance Orthodontic Products, Inc. nepřijímá odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty, přímé nebo následné, vyplývající z použití nebo nemožnosti použít produkt, jak je popsáno. Před použitím je uživatel zodpovědný za určení vhodnosti produktu pro zamýšlené použití. Uživatel přebírá veškeré riziko a odpovědnost v souvislosti s tím.

POUZE NA LÉKÁŘSKÝ PŘEDPIS: US Federální zákon omezuje prodej tohoto zařízení na zubní lékaře nebo na jeho objednávku.

POZNÁMKA: Oznamte společnosti Reliance a

příslušnému orgánu státu, ve kterém uživatel a/nebo pacient sídlí, jakoukoli závažnou událost.

DA - DANISH

INDIKATION FOR BRUG: Bond-a-Braid® og Retainium® er beregnet til at bruges som lingual retainer-wire til at fastholde tanden efter ortodontisk behandling. Retainium kan anvendes på patienter med kendt nickelallergi.

Bond A Braid er ikke beregnet til personer med kendt nickelallergi. Retainium er ikke beregnet til personer med enokrat titaniumallergi.

BRUGSANVISNING:

EMALJEKLARGØRING Rengør emaljeoverfladerne profylaktisk med 1st & Final®-pimpsten. Skyll og tør. Puds tandens linguale overflader Emaljeoverfladerne ætser i 30 sekunder. Skyll, og tør omhyggeligt.

ANVENDELSE AF TÆTNINGSMIDDEL: Påfør et lag Assure Plus® på hver klargøret tand og stryg med henblik på penetration. Lufttør let.

MEDFØLGENDE TRÅD:

1. trin. Afskær et stykke Retainium-tråd efter behov.

2. trin. Foretag en 45° bøjning i gingival retning i enden af skinnen, ca. 2-3 mm. Med bøjningen får tråden korrekt kontur, så den sidder fast i bindemidlet og ikke flytter sig.

3. trin Brug en fladtag til at holde Retainium-skinnen i den inciso-gingivale kant, stryg forsigtigt gingivalt ifølge den linguale overflade.

4. trin. Hold Retainium-skinnen på den flade kant med samme fladtag og stryg forsigtigt i en kurveform bucco-lingvalt.

5. trin. Med tandtråd interproximalt holdes Retainium-skinnen mod tandernes linguale overflade (fig. 5). Poler skinnen mod tanderne for maksimal kontakt og binding på stedet.

Bemærk: Hvis Bond A Braid eller Retainium® anvendes på øverste 1-1 eller 2-2, anbefales det at integrere en genemsigtig termoplastisk retainer med Bond A Braid/Retainium® -tråd for at opnå det bedste resultat. Først fastgøres retainer-tråden, der tages et hurtigt aftryk, hvorefter den termoplastiske retainer kan konstrueres.

Ⓣ Må ikke genanvendes. Udstyr til engangsbrug

ⓉⓉ Damp/støv, som dannes ved mikroabrasion af rustfrit stål, kan irritere øjnene og åndedrætsystemet

Ⓣ Rustfrit stålstøv er brændbart.

GARANTI: Reliance Orthodontic Products, Inc. påtager sig ansvaret for at erstatte et produkt, der viser sig at være defekt. Reliance Orthodontic Products, Inc. påtager sig intet ansvar for skader eller tab, direkte eller efterfølgende, der skyldes brugen af eller manglende kendskab til brug af produkterne som foreskrevet. Det er brugerens ansvar at vurdere før brug, om produktet er egnet til den tilsigtede anvendelse. Brugeren påtager sig enhver risiko og ethvert ansvar i forbindelse med brugen.

KUN ORDINATION: I henhold til amerikansk lovgivning må dette udstyr kun sælges eller ordineres af en læge.

BEMÆRK:

Enhver alvorlig hændelse skal rapporteres til Reliance og den kompetente myndighed i den stat, hvor brugeren og/eller patienten er bosiddende.

DE GERMAN

INDIKATIONEN FÜR DEN GEBRAUCH: Bond-a-Braid® und Retainium® sind Lingualretainer-Drähte zur Beibehaltung der Zahnposition nach einer kieferorthopädischen Behandlung. Retainium kann bei Patienten mit Nickelallergien angewendet werden. Bond A Braid ist für Personen mit Nickelallergien nicht indiziert. Retainium ist für Personen mit Titanverträglichkeit nicht indiziert.

HEINWEISE ZUR VERWENDUNG:
ZAHNSCHMELZ-VORBEREITUNG Polieren Sie die Emailschiicht mit der 1st & Final® Prophly-Paste. Zähne abspülen und trocknen. Polieren Sie die innenliegenden Zahnoberflächen. Ätzen Sie die Oberfläche des Zahnschmetzes für 30 Sekunden. Abspülen und gründlich trocknen.

ANWENDUNG DES KLEBEHARZES: Tragen Sie eine Schicht Assure Plus® gründlich auf jeden präparierten Zahn auf und stellen Sie sicher, dass das Produkt gut eindringt. Lufttrocknen lassen.

ANBRINGEN DES DRAHTES:

Schritt 1. Schneiden Sie ein Stück Retainium-Draht auf die gewünschte Länge zu. Schritt 2. Biegen Sie den Draht am Ende der Schiene zum Zahnhfiesch hin um 45° (ca. 2–3 mm). Dies unterstützt die Konturierung des Drahtes und fixiert diesen im Klebstoff, wodurch ein mögliches Verrutschen verhindert wird.

Schritt 3. Halten Sie die Retainium-Schiene (im Schneidezahnbereich, zahnhfieschseitig) mit einer flachen Zange fest und formen Sie vorsichtig eine gingivale Biegung, um den Draht an die linguale Oberfläche anzupassen.

Schritt 4. Halten Sie die das flache Ende der Retainium-Schiene mit derselben flachen Zange fest und formen Sie vorsichtig die bukkolinguale Biegung.

Schritt 5. Halten Sie die Retainium-Schiene mit Zahnsiede interproximal gegen die linguale Oberfläche der Zähne (Abb. 5). Bringen Sie die Schiene an den Zähnen an und achten Sie dabei auf maximalen Kontakt, um optimale Haftung zu gewährleisten.

Hinweis: Wenn Bond A Braid oder Retainium® in der oberen Zahnreihe in den Positionen 1-1 oder 2-2 eingesetzt wird, wird empfohlen, einen durchsichtigen, thermoplastischen Retainer mit Bond A Braid/Retainium® zu kombinieren, um beste Ergebnisse zu gewährleisten. Fixieren Sie dazu zunächst den Retainer-Draht, fertigen Sie dann einen Abdruck an und konstruieren Sie anschließend ihren thermoplastischen Retainer.

Ⓣ Nicht wiederverwenden. Nur zur einmaligen Verwendung vorgesehen.

ⓉⓉ Dämpfe/Staub, die durch den Mikroabrieb von rostfreiem Stahl entstehen, können zu Reizungen der Augen und der Atemwege führen.

Ⓣ Edeltahlstaub ist brennbar.

GEWÄHRLEISTUNG: Reliance Orthodontic Products, Inc. verpflichtet sich, jegliche Produkte zu ersetzen, die sich als mangelhaft herausstellen. Reliance Orthodontic Products, Inc. übernimmt keine Haftung für direkte Schäden oder Folgeschäden, die sich aus der unsachgemäßen Verwendung von Produkten bzw. der Nichteinhaltung der Gebrauchsanleitung ergeben. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, vor dem Einsatz sicherzustellen, dass das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist. Alle diesbezüglichen Risiken und Haftungsverpflichtungen übernimmt der Anwender.

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIG: Gemäß den US-Bundesgesetzen darf dieses Gerät nur von einem Zahnarzt oder nach zahnärztlicher Anordnung verkauft werden.

HINWEIS: Melden Sie jeden schwerwiegenden Vorfall an Reliance und die zuständige Behörde des (Bundes-)Staates, in dem der Benutzer bzw. der Patient niedergelassen ist.

EL - GREEK

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ: Το Bond-a-Braid® και το Retainium® ενδείκνυνται για χρήση σε άτομα συγκράτησης γλώσσας για τη συγκράτηση της θέσης του οδοντού επίπετα από ορθοδοντική θεραπεία. Το Retainium μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς με γινωστή αλλεργία στο κέλυδο.

Το Bond A Braid δεν ενδείκνυται για άτομα με αλλεργία στο κέλυδο. Το Retainium δεν ενδείκνυται για άτομα με γινωστή αλλεργία στο πλάνο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗΣ Προετοιμάστε με προφύλαξη τις επιφάνειες αδαμαντίνης με ελαφρόπετρα 1st & Final®. Ξεπλύνετε και στεγνώστε. Αμμοβόλστε τις γλωσσικές επιφάνειες των δοντιών. Απορροπίστε την επιφάνεια της αδαμαντίνης για 30 δευτερόλεπτα. Ξεπλύνετε και στεγνώστε εντελώς.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΞΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ: Εφαρμόστε μία στρώση Assure Plus® σε κάθε προετοιμασμένο δόντι και απλώστε για να εξασφαλιστεί η διείσδυση. Ξεγνώστε με αέρα ελαφρά.

ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΛΑΜΤΟΣ:

Βήμα 1. Κόψτε ένα τμήμα του σύρματος Retainium στο επιθυμητό μήκος.

Βήμα 2. Αυγίστε κατά 45° με ολική κατεύθυνση στο τέλος του νάρθηκα, περίπου 2-3 mm. Αυτή η κίνηση βοηθά το περίγραμμα του σύρματος και το κλειδώνει στο στυκολογικό υλικό, αποτρέποντας οποιαδήποτε πιθανή ολίσθηση.

Βήμα 3. Συγκρατώντας τον νάρθηκα Retainium νάρθηκα από την άκρη προς τους κοπτήρες και τα ούλα με επίπεδη πένα, σχηματίστε απαλά μια καμπύλη προς τα ούλα παρόμοια με τη γλωσσική επιφάνεια.

Βήμα 4. Κρατώντας τον νάρθηκα Retainium από το επίπεδο άκρο του με την ίδια επίπεδη πένα, σχηματίστε απαλά μια καμπύλη με στοματογλωσσική κατεύθυνση.

Βήμα 5. Χρησιμοποιώντας το νήμα ενδίαμεση, κρατήστε τον νάρθηκα Retainium πάνω στη γινωσσική επιφάνεια των δοντιών (βλ. 5). Γυρίστε το νάρθηκα προς τα δόντια για να μεγιστοποιήσετε την επαφή και τη συγκόλληση στη θέση του.

Σημείωση: Αν το Bond A Braid ή το Retainium® χρησιμοποιηθεί στα άνω 1-1 ή 2-2, συνιστάται να αναμιασθθεί ένας διαγινής θερμοπλαστικός συγκρατητήρας με το σύρμα Bond A Braid/ Retainium® για βέλτιστα αποτελέσματα. Συγκολήστε πρώτα το σύρμα συγκράτησης, τραβήξτε γρήγορα και μετά κατασκευάστε τον θερμοπλαστικό συγκρατητήρα.

Ⓣ Μην επαναχρησιμοποιείτε. Συσχεύη μίας χρήσης

ⓉⓉ Οι αναθυμιάσεις/κόκκιοι που παράγονται από τη μικροβρίση του ανοξείδωτου χάλυβα ενδέχεται να προκαλέσουν ερεθισμό των ματιών και του αναπνευστικού συστήματος

Ⓣ Η κόπνυ του ανοξείδωτου χάλυβα είναι εύφλεκτη.

ΕΓΓΥΩΣΗ: Η Reliance Orthodontic Products, Inc. αναγνωρίζει την ευθύνη της να αντικαταστήσει προϊόντα εάν αποδειχθεί ότι είναι ελαττωματικά. Η Reliance

Orthodontic Products, Inc. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν ζημιές ή απώλειες, άμεσες ή επακόλουθες, που απορρέουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης των προϊόντων όπως περιγράφεται. Πριν από τη χρήση, απαιτεί ευθύνη του χρήστη να καθορίσει την κατάλληλη όλητη του προϊόντος για τη σκοπιμότητα χρήσης. Ο χρήστης αναλαμβάνει κάθε κίνδυνο και ευθύνη σε σχέση με το αναπόρο.

RX ONLY: Η αποστονδιακή νομοθεσία των Η.Π.Α. περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής σε ή κατά παραγγελία επαγγελματία οδοντιατρικής υγείας.

ΕΙΔΙΟΠΟΙΗΣΗ: Αναγγέλιτε οποιαδήποτε σοβαρό συμβάν στη Reliance και την αρμόδια αρχή της πολιτείας στην οποία βρίσκεται ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

ES - SPANISH

INDICACIONES DE USO: Bond-a-Braid® y Retainium® están diseñados para el uso como un alambre de retención lingual para retener la posición del diente después del tratamiento de ortodoncia. Retainium se puede utilizar en pacientes con alergias conocidas al níquel.

Bond-a-Braid no está indicado para personas con alergia al níquel. Retainium no está indicado para personas con alergias conocidas al titanio.

INSTRUCCIONES DE USO:
PREPARACIÓN DEL ESMÁLTE Realice la profilaxis de las superficies con la piedra pómez 1st & Final®. Enjuague y seque. Realice el pulido de las superficies linguales de los dientes con una arenadora. Realice el grabado en la superficie del esmalte durante 30 segundos. Enjuague y seque bien.

APLICACIÓN DE LA RESINA DE ADHESIÓN: Aplique una capa de Assure Plus® a cada diente preparado y compruebe para asegurar la penetración. Seque con aire ligeramente.

COLOCACIÓN DEL ALAMBRE:

Paso 1. Corte un trozo de alambre Retainium del largo deseado.

Paso 2. Realice un doblez de 45° en dirección gingival al final de la férula, aproximadamente 2-3 mm. Este doblez ayuda a contornear el cable y lo fija en el adhesivo, evitando cualquier posible deslizamiento.

Paso 3. Sosteniendo la férula de Retainium en su borde incisingingival con un alicante plano, doble suavemente hasta conseguir una curva gingival para que coincida con la de la superficie lingual.

Paso 4. Sosteniendo la férula de Retainium sobre su borde plano con el mismo alicante plano, doble suavemente hasta conseguir una curva buccolingual.

Paso 5. Usando hilo dental de forma interproximal, sostenga la férula de Retainium contra la superficie lingual de los dientes (fig. 5). Frote la férula contra los dientes para maximizar el contacto y adherirla en su lugar.

Nota: Si se utiliza Bond-a-Braid o Retainium® en los incisivos laterales superiores o los incisivos laterales superiores, se recomienda incorporar un retenedor termoplástico transparente con el alambre Bond-a-Braid/Retainium® para obtener mejores resultados. Primero, adhiera el alambre retenedor, tome una impresión y luego elabore el retenedor termoplástico.

Ⓣ No reutilizar. Dispositivo de un solo uso

ⓉⓉ Los humos/polvo generados por la microabrasión del acero inoxidable pueden producir irritación de los ojos y el sistema respiratorio

Ⓣ El polvo de acero inoxidable es inflamable.

GARANTÍA: Reliance Orthodontic Products, Inc. reconoce su responsabilidad de reemplazar los productos si se demuestra que son defectuosos. Reliance Orthodontic Products, Inc. no asume responsabilidad alguna por daños o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que surjan del uso o de la incapacidad para usar los productos como se describe.

Antes de usar el producto, es responsabilidad del usuario determinar si es adecuado para el uso previsto. El usuario asume todo el riesgo y la responsabilidad en relación con ello.

VENTA BAJO RECETA MÉDICA: Las leyes federales de los EE. UU. exigen que la

površine zuba. Obradite površinu cakline jetkanjem od 30 sekundi. Temejlito isperite i osušite.

PRIMJENA VEZNE SMOLJE: Nanesite jedan sloj Assure Plus® na svaki pripremljeni zub i lagano prođite preko njega kako biste osigurali prodiranje. Lagano osušite zrakom.

POSTAVLJANJE ŽICE:

1. korak Odrežite komad Retainium zice na željenu dužinu.

2. korak Presavijte u kutu od 45 ° u smjeru gingive na kraju udlage, približno 2-3 mm. Time se olakšava oblikovanje žice i učvršćivanje u ljepilo, te se sprječava potencijalno iskliznuće.

3. korak Držite Retainium udlagu na njegovom oturu na lingvnu, ravnim ključima nežno prevucite svinuče gingivalno kako bi se podudaralo s lingvalnom površinom.

4. korak Dok Retainium udlaga istim ravnim ključima držiže na ravnom rubu, lagano prevucite svinuče bukolingvalno.

5. korak Koristiće konac interproksimalno, pridržite Retainium udlagu na lingvalnu površinu zuba (slika 5). Ispolariže udlagu prema zubima kako biste maksimalizirali kontakt i zaljepili na predviđeno mjesto.

Napomena: Ako se na gornjim 1-1 ili 2-2 koristi Bond A Braid ili Retainium®, preporuča se da se aparatik ugradi sa žicom Bond A Braid / Retainium® kako bi se postigli najbolji rezultati. Prvo zaljepite žicu aparatiku, napravite brzi otkisak, a zatim oblikujte termoplastični aparatik.

☞ Nemojte ponovno koristiti. Uredjaj za jednokratnu upotrebu

☞ Isparavanja / prašina nastala mikro-abrazijom od nehrđajućeg čelika mogu uzrokovati nadraženost očiju i dišnog sustava

☞ Prašina od nehrđajućeg čelika je zapaljiva.

JAMSTVO: Tvrtka Reliance Orthodontic Products, Inc. prihvaća svoju odgovornost za zamjenu proizvoda ako se dokaže da je neisparivan. Tvrtka Reliance Orthodontic Products, Inc. ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu štetu, izravnu ili posredjčnu koja proizilazi iz upotrebe ili nemogućnosti upotrebe proizvoda kako je opisano. Odgovornost je korisnika prije upotrebe utvrditi prikladnost proizvoda za namjeravanu uporabu. Korisnik preuzima sav rizik i odgovornost u tom pogledu.

SAMO RX: Američki savezni zakon ograničava oval uređaj na prodaju od strane stomatološkog stručnjaka ili po njegovom nalogu.

OBAVJESTI: Svaki ozbiljni incident prijavite tvrtki Reliance i nadležnom tijelu države u kojoj korisnik / ili pacijent ima sjedište.

HU - HUNGARIAN

HASZNÁLATI UTASÍTÁS: A Bond-a-Braid® and A Retainium® huzalokat lingvális rögzítésre tervezték a fogak helyzetének rögzítéséhez fogszabályzást követően. A Retainium nikkellálgériában szervenod páciensek esetén is használható.

A Bond A Braid nem használható nikkellálgériában szervenod páciensek esetén. A Retainium nem használható titániumallergiában szervenod páciensek esetén.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS: **ZOMÁNC ELŐKÉSZÍTÉSE** Polirozza meg a zománc felületét 1st & Final® habkövel. Öblítse és szárítsa meg. Homokfűvóval fújja le a fogak lingvális oldalát. Csiszolja a zománc felületét 30 másodpercig.Öblítse és alaposan szárítsa meg.

A RÖGZÍTŐGYANTÁ HASZNÁLATA: Vigyen fel egy réteget az Assure Plus® gyantából minden előkészített fogra és kenje el, hogy mindenhová bejusson. Erőytén szárítsa levegvél.

HUZAL FELVITELE:

1. Lépés Vágjon egy darab Retainium huzalt a kívánt hosszúságúra.

2. Lépés Hajlítsa meg 45°-os szögben gingivális irányban a sín végétől 2-3mm-re. Ez a hajlítás elősegíti a

huzal illeszkedését és rögzítését a ragasztóhoz, megakadályozva ezzel annak elcsúszását.

3. Lépés Tartsa a Retainium huzalt az incizo-gingivális oldalán egy laposfogóval, óvatosan hajlítsa meg gingivális irányban hogy a görbület a lingvális felülethez illeszkedjen.

4. Lépés Tartsa a Retainium huzalt a lapos oldalánál ugyanazzal a laposfogóval, óvatosan hajlítsa meg bukko-lingvális irányban.

5. Lépés A fogselymet interproximálisan használva helyezze a Retainium sánt a fogak lingvális felületéhez (5. ábra). Csiszolja a sánt a fogakhoz hogy maximalizálja az érintkezést majd rögzítse a helyére.

Megjegyzés: A Bond A Braid vagy a Retainium® felső 1-1-es vagy 2-2-es fogaknál történő használatá esetén ajánlott egy áttetsző termoplasztikus ragasztó használatá a Bond A Braid/ Retainium® huzalokkal a legjobb eredmény elérésé érdekében. Rögzítse először a rögzítő huzalt, készítsen egy gyors lenyomatot majd állítsa össze a termoplasztikus ragasztót.

☞ Ne használja újra. Egyszerhasználatos eszköz.

☞ A rozsdamentes acél mikródrögzítéséből származó füst/por irritálhatja a szemet és a légzőrendszer.

☞ A rozsdamentes acél por gyúlékony.

JÓTÁLLÁS: A Reliance Orthodontic Products, Inc. elismeri, hogy a bizonyítottan hibás termék cseréjének felelőssége őket terheli. A Reliance Orthodontic Products, Inc. nem vállal felelősséget semmilyen olyan közvetlen vagy közvetett kárért vagy veszteségért, amely a termékem nem leírás szerinnt történő használatából ered. Használat előtt a felhasználó felelőssége megállapítani, hogy a termék alkalmas-e a rendeltetésээрű használatára. A felhasználó ezzel kapcsolatosan vállal minden kockázatot és felelősséget.

CSAK RX: Az Egyesült Államok szövetségi törvényei értelmében ez az eszköz csak fogorvos szakember által vagy ilyen orvos rendelvényére értékesíthető.

FELZÓLÍTÁS: Jelentsen minden súlyos eseményt a Reliance-nek és a felhasználó és/vagy a páciens letelepedési helyének megfelelő állam illetékes hatóságainak.

☞ Nemjote ponovno koristiti. Uredjaj za jednokratnu upotrebu

☞ Isparavanja / prašina nastala mikro-abrazijom od nehrđajućeg čelika mogu uzrokovati nadraženost očiju i dišnog sustava

☞ Prašina od nehrđajućeg čelika je zapaljiva.

IT - ITALIAN

INDICAZIONI PER L'USO: Bond-a-Braid® e Retainium® vengono utilizzati come filo per retainer linguale per mantenere la posizione dei denti dopo il trattamento ortodontico. Retainium può essere utilizzato in pazienti con allergie note al nichel.

Bond A Braid non è indicato per soggetti con allergie al nichel. Retainium non è indicato per soggetti con note allergie al titanio.

ISTRUZIONI PER L'USO:

PREPARAZIONE DELLO SMALTO Eseguire la profilassi della superficie dello smalto con la pomice 1st & Final®. Risciacquare e asciugare. Sabbiare le superfici linguali dei denti. Mordenzare la superficie dello smalto per 30 secondi. Risciacquare e asciugare accuratamente.

APPLICAZIONE DELLA RESINA DI INCOLLAGGIO: Applicare uno strato di Assure Plus® su ogni dente preparato e ripassarlo per assicurare la penetrazione. Asciugare delicatamente con aria.

APPLICAZIONE DEL FILO:

Fase 1. Tagliare un pezzo di filo Retainium della lunghezza desiderata.

Fase 2. Piegarlo a 45° in direzione della gengiva all'estremità del filo, circa 2-3 mm. Tale piega aiuta a sagomare il filo e lo fissa nell'adesivo, prevenendo potenziali slittamenti.

Fase 3. Tenendo il filo Retainium sul bordo inciso-gengivale con una pinzetta piatta, con delicatezza formare gengivalmente una curva corrispondente alla superficie linguale.

Fase 4. Tenendo il filo Retainium sul bordo piatto con la stessa pinza piatta, formare delicatamente una curva bucco-linguale.

Fase 5. Utilizzando il filo interdentale interprossimale, tenere il Retainium contro la superficie linguale del dente (fig. 5). Brumire il filo contro il dente per massimizzare il contatto e incollare nella posizione corretta.

Nota: Se Bond A Braid o Retainium® viene utilizzato su 1-1 (mascellare da centrale a centrale) o 2-2 (mascellare da laterale a laterale) superiore, si consiglia di incorporare un retainer termoplastico trasparente al filo Bond A Braid/Retainium® per risultati ottimali. Incollare innanzitutto il filo del retainer, eseguire un'impressione e quindi costruire il retainer termoplastico.

☞ Non riutilizzare. Dispositivo monouso.

☞ 1 fumi/la polvere generano dalla microabrasione dell'acciaio inossidabile possono causare irritazione a carico degli occhi e dell'apparato respiratorio.

☞ La polvere di acciaio inossidabile è infiammabile.

GARANZIA: Reliance Orthodontic Products, Inc. si assume la responsabilità per la sostituzione dei prodotti qualora se ne dimostri la difettosità. Reliance Orthodontic Products, Inc. non si assume responsabilità per eventuali danni o perdite, diretti o conseguenti, derivanti dall'uso o dall'incapacità di usare i prodotti così come descritti. Prima dell'uso, è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'adeguatezza del prodotto per l'uso previsto. L'utilizzatore si fa carico di tutti i rischi e della responsabilità legati all'uso.

SOLO SU PRESCRIZIONE MEDICA: la legge federale degli Stati Uniti limita la vendita di questo dispositivo a odoinatoi o a su prescrizione medica.

NOTA: segnalare qualsiasi incidente grave a Reliance e all'autorità competente dello Stato in cui risiede l'utilizzatore e/o il paziente.

NL - DUTCH

INDICATIES VOOR GEBRUIK: Bond-a-Braid® en Retainium® zijn bedoeld voor gebruik als linguaal retentiedraad om de tandpositie te behouden na een orthodontische behandeling. Retainium kan worden gebruikt bij patiënten met een gekende nikkellallergie. Bond A Braid is niet geïndiceerd bij individuen met een nikkellallergie. Retainium is niet geïndiceerd bij individuen met een gekende titaniumallergie.

GEBRUIKSAANWIJZING:

VOORBEREIDING GLAZUUR Reinig de glazuuroppervlakken met 1st & Final® puimsteen. Spoel en droog. Zandstraal de linguale oppervlakken van de tand. Ets het glazuuroppervlak gedurende 30 seconden. Spoel en droog droogn.

AANBRENGEN VAN GEBONDEN HARS: Breng één laag Assure Plus® aan op elke geprepareerde tand en strijk er goed over om penetratie te waarborgen. Aan de lucht laten drogen.

PLAATSING DRAAD:

Stap 1. Snijd een stuk Retainium-draad af op de gewenste lengte.

Stap 2. Maak een bocht van 45° in gingivale richting aan het einde van de spalk van ongeveer 2-3 mm. Met deze bocht kan de draad beter vorm worden gegeven en in de lijm worden vastgezet, waardoor een eventuele verschuiving wordt voorkomen.

Stap 3. Terwijl u de Retainium-spalk op de inciso-gingivale kant houdt met een platte tang, maakt u zachtjes een gingivale kromming gelijk aan het linguale oppervlak.

Stap 4. Terwijl u de Retainium-spalk op de vlakke kant houdt met dezelfde platte tang, maakt u zachtjes een bucco-linguale kromming.

Stap 5. Gebruik flosdraad in de interproximale contacten en houd de Retainium-spalk tegen het linguale tandoppervlak (fig. 5). Polijst de spalk tegen de tanden om contact te maximaliseren en verlijm deze op zijn plaats.

Opmerking: Indien Bond A Braid of Retainium® wordt gebruikt voor de maxillaire centrale snijstanden of de maxillaire laterale snijstanden, wordt aangeraden om een transparante thermoplastische retainer te incorporeren met de Bond A Braid/Retainium®-draad voor het beste resultaat. Verlijm eerst de retentiedraad, neem een gebitsafdruk en maak de thermoplastische retentiedraad.

☞ Niet opnieuw gebruiken. Apparaat voor éénmalig gebruik

☞ Dampen/stof afkomstig van roestvrijstalen microabrasie kan irritatie aan de ogen en het ademhalingsstelsel veroorzaken

☞ Roestvrijstalen stof is ontvlambaar.

GARANTIE: Reliance Orthodontic Products, Inc. erkent haar verantwoordelijkheid om producten te vervangen als blijkt dat ze defect zijn. Reliance Orthodontic Products, Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de producten zoals beschreven. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik. De gebruiker neemt alle risico's en aansprakelijkheid in verband hiermee op zich.

ALLEN RX: De federale wetgeving van de VS beperkt dit apparaat tot de aankoop door of in opdracht van een tandarts.

OPMERKING: Ernstige incidenten moeten worden gemeld bij Reliance en de bevoegde autoriteit van de staat waarin de gebruiker en/of de patiënt is gevestigd.

NO - NORWEGIAN

INDIKASJONER FOR BRUK: Bond-a-Braid® og Retainium® er tiltenkt for bruk som en lingual retentionsforretning etter behandling. Retainium kan brukes på pasienter med kjent nikkellallergi. Bond A Braid er ikke indikert for personer med nikkellallergi. Retainium er ikke indikert for personer med kjent titanallergi.

med kjent titanallergi.

INSTRUKSJONER FOR BRUK:
FORBEHANDLING AV EMALJEN Forbehandle emaljeoverflaten med 1st & Final® pimpstein. Skyll, og tørk. Sandblås den linguale overflaten på tennene. Stryets emaljeoverflaten i 30 sekunder. Skyll og tørk grundig.

APPLIKASJON AV BONDINGRESIN: Påfør ett lag med Assure Plus® på hver preparerte tann, og stryk over for å sikre penetrering. Tørk lett med luft.

LEVERING AV VAIER:

Trinn 1. Skjær av stykke Retainium-vaier i ønsket lengde.

Trinn 2. Gjør en 45° bøy i gingival retning mot enden av splinten, omtrent 2–3 mm. Denne bøyn hjelper med å tilpasse vaieren, og låser den i adhesiven, som hindrer mulig glidning.

Trinn 3. Mens du holder Retainium-splinten på sin inciso-gingivale kant med en flattang, kost forsiktig i en gingival kurve for å matche den på den linguale overflaten.

Trinn 4. Mens du holder Retainium-splinten på sin flate kant med den samme flattangen, forsiktig kost i en bucco-lingual kurve.

Trinn 5. Mens du bruker tanndrø interproksimalt, hold Retainium-splinten mot den linguale overflaten på tennene (fig. 5). Glatte splinten mot tennene for å maksimere kontakt, og bond den på plass.

Merk: Hvis Bond A Braid eller Retainium® brukes på øvre 1-1 eller 2-2, anbefales det at en retainer av klar termoplast benyttes sammen med Bond A Braid / Retainium®-vaieren for best resultat. Bond retainervaieren først, ta et hurtigintrykk og deretter lag termoplastretaineren.

☞ Ikke bruk på nytt. Engangsenhet

☞ Damp/støv som oppstår fra mikrosjiling av rustfritt stål kan irritere øyne og luftveiene

☞ Støv fra rustfritt stål er brennbar.

GARANTI: Reliance Orthodontic Products, Inc. anerkjenner sitt ansvar for å erstatte produkter hvis de viser seg å være defekt. Reliance Orthodontic Products, Inc. påtar seg intet ansvar for skader eller tap, direkte eller følgeskader, som skyldes bruk av eller manglende evne til å bruke produktene som beskrevet. For bruk er det brukernes ansvar å vurdere egnetheten til produktet for den tiltenkte bruken. Brukeren påtar seg all risiko og ansvar i forbindelse med dette.

BARE RX: Føderal lov i USA begrenser salg av denne enheten til eller etter ordre fra en tannlege.

MERKNÅD: Rapportør alvorlige hendelser til Reliance og ansvarlig tilsynsmyndighet i landet der brukeren og/eller pasienten er hjemmehørende.

PL - POLISH

WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Bond-a-Braid® i Retainium® są przeznaczane do stosowania jako retainery językowe do utrzymania pozycji zębów po leczeniu ortodontycznym. Retainium można stosować u pacjentów ze stwierdzoną alergią na nikiel.

Bond A Braid nie jest wskazany dla osób uczulonych na nikiel. Retainium nie jest wskazany dla osób ze stwierdzoną alergią na tytan.

INSTRUKCJA UŻYCIA:
PRZYGOTOWANIE SZKLIWA Przygotować powierzchnie szkliwa z użyciem pumeksu 1st & Final®. Wypłukać i wysuszyć. Wypłukać językowe powierzchnie zębów. Wytrawić powierzchnię szkliwa przez 30 sekund. Dokładnie wypłukać i wysuszyć.

ZASTOSOWANIE ŻYWIĆY KLEJĄCEJ: Nalozyc jedną warstwę Assure Plus® na każdy przygotowany ząb i rozsmarować, aby zapewnić penetrację. Lekko wysuszyć powierzenie.

ZAKŁADANIE DRUTU:

Krok 1. Dociąć drut Retainium na żądaną długość.

Krok 2. Na końcu szyny wykonać zgięcie pod kątem 45° w kierunku dziąsłowemu, około 2-3 mm. To zagięcie pomaga kształtować drut i blokuje go w kleju, zapobiegając potencjalnemu slizganiu.

Krok 3. Trzymając szynę Retainium za krawędź bródkowo-dziąsłową płaskimi szczypcami, delikatnie ukształtować krzywiznę dziąsłową, aby dopasować ją do powierzchni językowej.

Krok 4. Trzymając szynę Retainium za jej płaską krawędź za pomocą tych samych szczyptec, delikatnie ukształtować krzywiznę w kierunku policzkowo-językowej.

Krok 5. Używając nici dentystrycznej pomiędzy powierzchniami proksymalnymi, należy przytrzymać szynę Retainium na powierzchni językowej zębów (ryc. 5). Przycisnąć szynę do zębów, aby zmaksymalizować kontakt i uzyskać mocowanie na miejscu.

Uwaga: Jeśli Bond A Braid lub Retainium® jest używany na górnych zębach 1-1 lub 2-2, zaleca się dołączenie przetransparentnego retainera termoplastycznego do retainera Bond A Braid / Retainium® dla najlepszych rezultatów. Najpierw przykleić retainer, wykonać wycisk, a następnie skonstruować retainer termoplastyczny.

☞ Nie używać ponownie. Wyrób jednorazowego użytku

☞ Opary / pył powstające w wyniku mikrościerania stali nierdzewnej mogą powodować podrażnienie oczu i układu oddechowego

☞ Pył ze stali nierdzewnej jest latopalny.

GWARANCJA: Reliance Orthodontic Products, Inc. uznaje swoją odpowiedzialność za wymianę produktów, jeśli okaże się, że są wadliwe. Reliance Orthodontic Products, Inc. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkodę lub straty, bezpośrednie lub wtórne, wynikające z użytkowania lub niemożności używania produktów zgodnie z opisem. Przed użyciem użytkownik jest odpowiedzialny za określenie przydatności produktu do zamierzonego zastosowania. Użytkownik przyjmuje na siebie wszelkie związane z tym ryzyko i odpowiedzialność.

PRODUKT ODPEDNY TYLKO NA RECEPTY: Prawo federalne Stanów Zjednoczonych zezwala na sprzedaż tego wyrobu wylęcznion przez dentystę lub na jego zlecenie.

UWAGA: Wszelkie poważne zdarzenia należy zgłaszać firmie Reliance oraz właściwemu organowi państwa, w którym użytkownik i/lub pacjent przebywa.

PT - PORTUGUESE

INDICAÇÕES DE USO: Bond-a-Braid® e Retainium® destinam-se a serem utilizados como um fio de contenção linguai para manter a posição dentária após tratamento ortodôntico. Retainium pode ser usado em pacientes com alergia a níquel.

Bond A Braid não é indicado para pessoas com alergia a níquel. Retainium não é indicado para pessoas com alergia a titânio.

INSTRUÇÕES DE USO:

PREPARAÇÃO DO EMALTE Faça a profilaxia das superfícies do esmalte com a pedra-pomes 1st & Final®. Enxague e seque. Aplique tãgo de areia nas superfícies linguais dos dentes. Condicione a superfície do esmalte por 30 segundos. Enxague e seque bem.

APLICAÇÃO DA RESINA SELANTE: Aplique uma camada de Assure Plus® em cada dente preparado e esfregue suavemente para garantir a penetração. Deixe secar naturalmente.

COLOCAÇÃO DO FIO:

1º passo. Corte um pedaço de fio de Retainium no comprimento desejado.

2º passo. Entorte a extremidade do splint em 45° na direção gengival, aproximadamente de 2 a 3 mm. Esta dobra ajuda a contornar o fio e o prende no adesivo, evitando qualquer possível deslizamento.

3º passo. Segurando o splint de Retainium em sua extremidade inciso-gengival com um alicate de bico chato, faça suavemente uma curva gengival para coincidir com a da superfície linguai.

4º passo. Segurando o splint de Retainium em sua extremidade plana com o mesmo alicate de bico chato, faça suavemente uma curva bucolingual.

5º passo. Usando um fio dental de forma interproximal, segure o splint de Retainium contra a superfície linguai dos dentes (fig. 5). Alise o splint contra os dentes para maximizar o contato e fixá-lo no lugar.

Observação: Se Bond A Braid ou Retainium® forem usados nos superiores 11 ou 22, recomenda-se que o contenter termoplástico transparente seja incorporado ao fio de Bond A Braid/Retainium® para obter melhores resultados. Primeiro, fixe o fio de contenção, faça um molde e, em seguida, construa o contenter termoplástico.

☞ Não reutilize. Dispositivo de uso único

☞ Vapores/póis gerados por microabrasão de aço inoxidável podem produzir irritação nos olhos e no sistema respiratório

☞ Pó de aço inoxidável é inflamável.

GARANTIA: A Reliance Orthodontic Products, Inc. reconhece a sua responsabilidade em substituir os produtos em caso de comprovação de defeitos. A Reliance Orthodontic Products, Inc. não se responsabiliza por quaisquer danos ou perda, direta ou consequente, decorrente do uso ou incapacidade de uso dos produtos, conforme descrito. Antes de usar, é responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto ao seu uso pretendido. O usuário assume todos os riscos e responsabilidades em relação ao mesmo.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO: A lei federal dos EUA restringe este dispositivo à venda por ou a pedido de um profissional odontológico.

AVISO: Relate qualquer incidente grave a Reliance e à autoridade competente do estado em que o usuário e/ou paciente estiver estabelecido.

RO - ROMANIAN

[REF] B&B pentru Bond A Braid original din otel inoxidabil, [REF] RET1 pentru 0,011 Retainium și [REF] XLRET1 pentru 0,016 Retainium

INDICATIILE DE UTILIZARE: Bond-a-Braid® și Retainium® sunt destinate utilizării ca fir de reținere lingual pentru menținerea poziției dinților după tratamentul ortodontic. Retainium poate fi utilizat la pacienții cu alergii cunoscute la nichel. Bond A Braid nu este indicat persoanelor cu alergii la nichel. Retainium nu este indicat persoanelor cu alergii cunoscute la titan.

lingual pentru menținerea poziției dinților după tratamentul ortodontic. Retainium poate fi utilizat la pacienții cu alergii cunoscute la nichel.

Bond A Braid nu este indicat persoanelor cu alergii la nichel. Retainium nu este indicat persoanelor cu alergii cunoscute la titan.

INSTRUCIUNI DE FOLOSIRE:

PREGĂTIREA SMALȚULUI Efectuați profilaxia suprafețelor smalțului cu primul agentul de șlefuire și Final®. Clătiți și uscați. Sablați suprafețele linguale ale dinților. Grăviți suprafața smalțului timp de 30 de secunde. Clătiți și uscați bine.

APLICAREA RĂȘINI DE BONDING: Aplicați un strat de Assure Plus® pe fiecare dinte pregătit și împăraștiați pentru a asigura penetrarea. Uscați ușor la aer.

APLICAREA SĂRMII:

Passul 1. Taiati ot bucată de sarmă Retainium la lungimea dorita.

Passul 2. Faceți o îndoire de 45° într-o direcție gingivală la capătul splintului, aproximativ 2-3 mm. Această îndoire ajută la conturarea firului și îl blochează în adeziv, prevenind orice eventuală alunecare.

Passul 3. Ținând splintul Retainium pe marginea inciso-gingivală cu un clește plat, alunecați ușor pe o curbă gingivală pentru a se potrivi cu cea a suprafeței linguale.

Passul 4. Ținând splintul Retainium pe marginea sa plană cu același clește plat, alunecați ușor pe o curbă buco-linguală.

Passul 5. Folsind ața interdoximală, țineți splintul Retainium pe suprafața linguală a dinților (fig. 5). Polizați splintul față de dinți pentru a maximiza contactul și a se fixa în poziție.

Notă: Dacă Bond A Braid sau Retainium® sunt utilizate pe partea superioară 1-1 sau 2-2, se recomandă încorporarea unui dispozitiv de fixare termoplastic transparent cu firul Bond A Braid/ Retainium® pentru a obține cele mai bune rezultate. Legați mai întâi firul de fixare, faceți o premtență și apoi construiți dispozitivul de fixare termoplastic.

☞ Nu refolosiți. Dispozitiv de unică folosință

☞ Fumul/praful generat de microabraziea otelului inoxidabil pot produce iritarea ochilor și a sistemului respirator

☞ Praful din otel inoxidabil este inflamabil.

GARANTIE: Reliance Orthodontic Products, Inc. își recunoaște responsabilitatea de a înlocui produsele dacă se că acestea ar fi defecte. Reliance Orthodontic Products, Inc. nu își asumă răspunderea pentru orice daune sau pierderi, directe sau consecințe, rezultate din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza produsele așa